

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Varaždin, Franje galinca bb
KLASA: 510-10/13-03-143
URBROJ: 381-05-13-04
Varaždin, 04. srpanj 2013.

PREDMET: zahtjev za pojašnjenje dokumentacije javne nabave
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
u otvorenom postupku javne nabave
objavljene pod brojem 2013/S 002-0058536

Temeljem članka 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11.) javni naručitelj daje slijedeće objašnjenje:

PITANJE: U stavci 22.2.1. traži se

„svaki ponuditelj mora u ponudi dostaviti ispravu o upisu ponuditelja u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, kao proizvođač ili kao zastupnika stranog proizvođača, sukladno odredbama Zakona o medicinskim proizvodima i Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, sustavu kvalitete, upisu u očevidnik proizvođača i očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda „Narodne novine“ br. 43/10.“

Iz navedenog se zaključuje da svaki ponuditelj mora biti upisan u Očevidnik ili kao proizvođač ili kao zastupnik stranog proizvođača **svakog** medicinskog proizvoda. Obzirom da u RH ne postoji proizvođač ili zastupnik stranog proizvođača koji je baš za svaki traženi medicinski proizvod upisan u Očevidnik proizvođača ili zastupnika stranog proizvođača, predlažemo da traženu dokumentaciju izmijenite na način da se uz opis u Očevidnik proizvođača ili zastupnika stranih proizvođača traži i odobrenje o korištenju navedenog rješenja od strane proizvođača ili zastupnika stranog proizvođača upisanih u Očevidnik ili da se dokumentacija pod točkom 22.1.2. ne traži.

ODGOVOR:

U dokumentaciji za nadmetanje pod oznakom 22.2.1. u stavku 3. navedeno je slijedeće:

„Ovaj dokaz se dostavlja ako se radi o medicinskom proizvodu kojeg ponuditelj proizvodi ili zastupa stranog proizvođača.“

Iz navedenog jasno proizlazi IZUZETAK odnosno da **ponuditelj koji nije proizvođač ili zastupnik stranog proizvođača za medicinski proizvod koji nudi, da ovaj dokaz ne dostavlja.** Predmetni dokaz dostavlja samo svaki ponuditelj koji je proizvođač ili zastupnik stranog proizvođača medicinskog proizvoda kojeg nudi.

PITANJE: Molimo Vas za pojašnjenje stavaka u troškovnicima po grupama:

GRUPA A

Ad.2. molimo Vas da navedete naziv nekog od proizvoda kao primjer

Ad.11. smatramo da navedeni zavoj dimenzije 6 cm x 4,5 m pogoduje određenom proizvođaču iz razloga što su uobičajene dimenzije kaliko zavoja 6 cm x 5 m. Molimo Vas da promijenite tražene dimenzije ili da dodate mogućnost nuđenja i uobičajenih dimenzija 6 cm x 5 m

Ad.16. navedene su slijedeće karakteristike traženog proizvoda. „Sterilna gaza – Sterilna, izrađena od tkanog pamuka, pojedinačno pakirana, 16 slojna“. Molim Vas da pojasnite navod „16 slojna“.

ODGOVOR:

Redni broj 2. primjer proizvoda: Micropore i Medipore

Redni broj 11. ispravili smo i sada glasi:

Redni broj 11. Roba Pamučni krep rastezljiv zavoj – dostaviti uzorak Karakteristike robe utkani rub, izrađen od pamuka, pojedinačno pakiran 10 cm x 10 m 6 cm x od 4,5 m do 5 m 15 cm x 10 m mjerna jedinica komad količina 10 cm x 10 m 6220 komada / 6 cm x od 4,5 m do 5 m 4060 komada / 15 cm x 10 m 600 komada

Redni broj 16. „16 slojna“ je karakteristika koja se odnosi na gustoću tkanja i taj redni broj smo ispravili na način da je tražena karakteristika od 16 slojna do 20 slojna

PITANJE: Molimo Vas za pojašnjenje stavaka u troškovnicima po grupama:

GRUPA B

Ad.10. : tubusi – specificirati radi li se o orofaringealnim Guedel tubusima, nazofaringealnim ili endotrahealnim tubusima

Ad. 14. : da li maska mora imati vrećicu i nepovratni ventil ili samo vrećicu (NRB ili PRB)

Ad. 19.: set za kisik - radi li se o binazalnim kanilama ili o jednokratnim oronazalnim maskama, odnosno koja je razlika između stavke 6. i st. 19.

Ad.20. Airway – odnosi li se na orofaringealni guedel airway, ili na nazofaringealni airway odnosno, koja je razlika između stavke 20. i 10.

ODGOVOR:

Redni broj 10. radi se o endotrahealnim tubusima

Redni broj 14. maska mora imati vrećicu i nepovratni ventil

Redni broj 19. stavke su pogrešno razdvojene, redni broj 19. se briše iz troškovnika, a redni broj 6. se dopunjuje karakteristikama iz rednog broja 19. odnosno radi se o nosnim kanilama za kisik, pojedinačno pakiranim, za jednokratnu uporabu, sterilnim, dimenzije 180 cm.

Redni broj 20. radi se o orofaringealni guedel air way s kojima se otvara dišni put. Pod rednim brojem 10. su tubusi endotrahealni koji se koriste kod endotrahealne intubacije.

PITANJE: Molimo Vas za pojašnjenje stavaka u troškovnicima po grupama:

GRUPA E.

Ad.3. Obzirom da je predmet nabave **MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL**, a uvidom u **TROŠKOVNIK** grupe E, pod stavkom 3. traži se proizvod koji je kod Agencije za lijekove i medicinske proizvode registriran kao lijek. Molimo Vas da postupite sukladno Zakonu o javnoj nabavi te Pravilnikom o primjeni Jedinственog rječnika javne nabave (CPV) te navedenu stavku 3. izostavite iz **GRUPE E**, kao i cijelog postupka ove javne nabave.

ODGOVOR:

Redni broj 3. brisan je iz **GRUPE E**.

Zavod za hitnu medicinu
Varaždinske županije